

Ufficio gare

Sede Legale – Via Michele Protano, 71121 Foggia (c/o Camera di Commercio)

P. IVA e C.F.: 03600140713

Tel: 0881/884981-552

PEC: gare@pec.sanitaserviceaslfg.it

Mail: gare@sanitaserviceaslfg.it

Spett.le

BIOH FILTRAZIONE SRL

Via Telemaco Signorini 13

20092 – Cinisello Balsamo (MI)

Vs pec: gare_bioh_filtrazione@pec.it

Oggetto: Procedura aperta in modalità telematica per la fornitura di DPI per la Sanitaservice ASL FG srl in undici lotti – **Comunicazione di esclusione Lotto 2 mascherine FFP2.**

PREMESSO CHE

- Con determinazione dell'Amministratore Unico n.95, del 08.06.2020, è stata assunta determinazione a contrarre in relazione all'affidamento della “Fornitura di Dispositivi di Protezione Individuali per la Sanitaservice ASL FG - 11 lotti- Procedura aperta in modalità telematica – Minor prezzo”;
- gli atti di gara sono stati pubblicati sul Sito internet della SANITASERVICE ASL FG S.R.L. e sulla piattaforma Empulia, sulla GUUE, GURI, due quotidiani a rilevanza nazionale e due quotidiani locali;
- le offerte corredate degli allegati dovevano essere trasmesse entro le ore 23:00 del 13.07.2020;
- l'affidamento è regolato secondo quanto previsto dagli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., mediante procedura aperta, con applicazione del criterio del minor prezzo;
- In data 14/07/2020 e 15/07/2020 si sono tenute le sedute per l'apertura della documentazione amministrativa;
- In data 16/07/2020, 17/07/2020, 20/07/2020 e 21/07/2020 si sono tenute le sedute per la verifica della documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti, dal quale è emerso che la S.V. per il Lotto 2 – mascherine FFP2, ha fornito la certificazione di conformità rilasciata dall'INAIL in attuazione dell'art.15, comma 3 del DLgs 18 del 17/03/2020 “Validazione straordinaria dei DPI” e non da un ente certificatore presente negli elenchi ufficiali degli organismi notificati designati in Europa per la certificazione dei DPI, così come richiesto all'art. 16 del Disciplinare di gara;

CONSIDERATO

- che l'art.16 del Disciplinare di gara, a proposito delle caratteristiche dei prodotti, richieste a pena di esclusione, prevede per i DPI di Cat. III, tra le quali le Mascherine FFP2, la presentazione della dichiarazione di conformità CE rilasciata dal costruttore, l'attestato di certificazione CE di tipo rilasciato da un organo notificato e i sistemi di controllo della produzione da organo competente, ossia o controllo di prodotto o controllo del sistema qualità da parte del costruttore.

- che l'operatore economico non ha prodotto la documentazione richiesta, di cui sopra;

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Rag. Giovanni Petta, responsabile unico del procedimento in oggetto

COMUNICA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D.lgs n.50/2016 e s.m.i.

- **l'esclusione dell'operatore economico rappresentato in indirizzo dalla procedura di gara in argomento**, per non aver prodotto, per il Lotto 2 – mascherine FFP2, la dichiarazione di conformità CE rilasciata dal costruttore, l'attestato di certificazione CE di tipo rilasciato da un organo notificato e i sistemi di controllo della produzione da organo competente, ossia o controllo di prodotto o controllo del sistema qualità da parte del costruttore , così come previsto, a pena di esclusione, dall'art.16 del Disciplinare di gara.

Avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla procedura di gara è ammesso il ricorso giurisdizionale nei termini di legge innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Il RUP

Rag. Giovanni Petta